

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH
TRUNG TÂM Y TẾ BẮC NINH SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTYT-KD-VT,TBYT
V/v yêu cầu báo giá sửa chữa, bảo
dưỡng máy gây mê kèm thở

P.Yên Dũng, ngày tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội. Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc Hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán gói thầu: “Sửa chữa bảo dưỡng 02 máy gây mê kèm thở Aespire 7100 phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Ông Trần Văn Toàn
 - Chức vụ: Trưởng Khoa Dược-vật tư, TBYT.
 - Số điện thoại: 0982.496.884
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Khoa Dược, vật tư – TBYT thuộc Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 – Tổ dân phố 5, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh.

Nhận qua email: ttytbacninh1.syt@bacninh.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ ngày 02 tháng 10 năm 2025 đến trước 8h ngày 13 tháng 10 năm 2025.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **100 ngày** kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu tại Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 – Tổ dân phố 5, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh.

Vật tư, trang thiết bị đề nghị báo giá như sau:

Chi tiết có danh mục kèm theo

Đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm báo giá./.

Nơi nhận:

- Cổng TT đơn vị;
- Lưu: VT, KD, HSĐT.

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tuấn

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bảo dưỡng và sửa chữa máy gây mê kèm thở Aespire 7100 Seri: AMXV 00153 Hãng: GE/Mỹ	* Bảo dưỡng 1. Kiểm tra tổng quan hệ thống - Kiểm tra hệ thống điện - Kiểm tra hệ thống khí - Kiểm tra tình trạng ắc quy - Kiểm tra tình trạng các bánh xe và khóa - Kiểm tra tình trạng các phụ kiện - Vận hành thử, và kiểm tra các thông số máy 2. Vệ sinh máy - Vệ sinh máy - Vệ sinh màn hình và các tấm lọc - Vệ sinh bể nước đầu vào khí Air và Oxy - Vệ sinh mạch thở - Vệ sinh các bảng mạch 3. Kiểm tra và hiệu chuẩn các bộ phận - Kiểm tra van MOPV - Xem log và khắc phục sự cố - Hiệu chỉnh tín hiệu I/O - Hiệu chỉnh regulator - Hiệu chỉnh cảm biến đường thở Span - Hiệu chỉnh van PEEP - Hiệu chỉnh van thở vào - Độ nhảy áp lực - Kiểm tra khí tường và khí bình - Kiểm tra khí tường và khí bình - Kiểm tra khí tường và khí bình - Kiểm tra lưu lượng và van giảm áp	01	Máy

		- Kiểm tra áp lực sau bình bốc hơi - Kiểm tra rò rỉ áp lực - Kiểm tra độ chính xác của đồng hồ áp lực - Kiểm tra báo động Alarm - Kiểm tra khối - Kiểm tra O2 phụ trợ - Kiểm tra báo mất nguồn 4. Hiệu chuẩn cảm biến lưu lượng, cảm biến oxy 5. Kiểm tra an toàn điện 6. Kiểm tra các thông số * Sửa chữa mạch cảm biến áp lực * Kiểm định, hiệu chuẩn lại thiết bị sau khi sửa chữa		
2	Bảo dưỡng máy gây mê kèm thở Aespire 7100 Seri: AMXV 00171 Hãng: GE/Mỹ	* Bảo dưỡng 1. Kiểm tra tổng quan hệ thống - Kiểm tra hệ thống điện - Kiểm tra hệ thống khí - Kiểm tra tình trạng ắc quy - Kiểm tra tình trạng các bánh xe và khóa - Kiểm tra tình trạng các phụ kiện - Vận hành thử, và kiểm tra các thông số máy 2. Vệ sinh máy - Vệ sinh máy - Vệ sinh màn hình và các tấm lọc - Vệ sinh bể nước đầu vào khí Air và Oxy - Vệ sinh mạch thở - Vệ sinh các bảng mạch 3. Kiểm tra và hiệu chuẩn các bộ phận - Kiểm tra van MOPV - Xem log và khắc phục sự cố - Hiệu chỉnh tín hiệu I/O - Hiệu chỉnh regulator - Hiệu chỉnh cảm biến đường thở Span	01	Máy

		- Hiệu chỉnh van PEEP - Hiệu chỉnh van thở vào - Độ nhạy áp lực - Kiểm tra khí tường và khí bình - Kiểm tra khí tường và khí bình - Kiểm tra khí tường và khí bình - Kiểm tra lưu lượng và van giảm áp - Kiểm tra áp lực sau bình bốc hơi - Kiểm tra rò rỉ áp lực - Kiểm tra độ chính xác của đồng hồ áp lực - Kiểm tra báo động Alarm - Kiểm tra khối - Kiểm tra O2 phụ trợ - Kiểm tra báo mất nguồn 4. Hiệu chuẩn cảm biến lưu lượng, cảm biến oxy 5. Kiểm tra an toàn điện 6. Kiểm tra các thông số		
	Tổng cộng: 02 khoản			

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1, chúng tôi.... [*ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh*] Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: **100 ngày**, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))