

Số: /TTYT-HCTH

TP. Bắc Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI

V/v báo giá trang thiết bị y tế phục vụ lập dự toán mua sắm: “Mua trang thiết bị y tế năm 2024 của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang”

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh công nghệ thông tin

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT, ngày 19/01/2024 của Giám đốc Sở Y Tế Bắc Giang về việc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 1);

Căn cứ Thông báo số 304/TB-UBND ngày 24/07/2024 về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi làm việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTYT ngày 08/4/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang về việc phê duyệt danh mục, số lượng trang thiết bị y tế năm 2024 của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang.

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu để tiến hành các quy trình mua sắm tiếp theo được công khai, minh bạch. Trung tâm trân trọng mời Quý đơn vị có đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, năng lực và kinh nghiệm gửi bản chào giá trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang - Địa chỉ: Số 08, đường Nghĩa Long, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đ/c Hồng - Giám đốc Trung tâm. SĐT 0982.185.499 hoặc Đ/c Mai - Phòng Hành chính tổng hợp - SĐT 0976.359.386

-Email: ttyt_thanhpho@bacgiang.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang - Địa chỉ: Số 08, đường Nghĩa Long, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Nhận qua email: ttyt_thanhpho@bacgiang.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05/08/2024 đến trước 17h00 ngày 15/08/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15/08/2024.

6. Cam kết: Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

7. Lưu ý: Yêu cầu kỹ thuật và tính năng của thiết bị đề nghị báo giá là yêu cầu tối thiểu. Các đơn vị báo giá có thể báo giá các thiết bị có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn. Để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, trong chào giá đến Đơn vị các nhà thầu có thể ghi rõ các lưu ý trong trường hợp phát hiện các thông tin liên quan đến hàng hóa độc quyền hoặc các thông số kỹ thuật có thể dẫn đến hạn chế nhà thầu (nêu rõ căn cứ) để Chủ đầu tư xem xét trong lập hồ sơ mời thầu đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế cho gói thầu.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, số lượng của trang thiết bị y tế đề nghị mua sắm:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, đặc điểm-Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng/khối lượng
1.	Máy đo khúc xạ	- Cấu hình gồm có: + Máy chính: 01 chiếc + Mắt thử chuẩn máy: 01 chiếc + Máy in nhiệt tích hợp trong thiết bị: 01 chiếc. + Bạt phủ bụi: 01 chiếc + Giấy in nhiệt: 01 cuộn	Bộ	01

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, đặc điểm-Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng/khối lượng
		<p>+ Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>+ Chân bàn hoặc giá đỡ điều khiển bằng động cơ: 01 chiếc.</p> <p>- Đặc điểm: thực hiện phép đo nhanh chóng, đơn giản, tốt nhất, mang lại kết quả chính xác.</p> <p>* Yêu cầu kỹ thuật:</p> <p>1. Phạm vi đo khúc xạ:</p> <p>- Độ cầu: cận lên tới $\geq 29.00D$ và viễn lên tới $\geq 21.00D$.</p> <p>- Độ trụ: 0.00 đến $\pm 10.00D$</p> <p>- Trụ: 1 ~ 1800</p> <p>2. Chế độ đo độ cong giác mạc:</p> <p>- Bán kính cong: ≤ 5.5 đến $\geq 9.5mm$</p> <p>- Công suất giác mạc: ≤ 34.75 đến $\geq 67.0D$</p> <p>- Độ loạn giác mạc: 0.00 đến $\geq \pm 10.00D$</p> <p>- Trụ: 1 ~ 1800</p> <p>3. Các chế độ đo khúc xạ</p> <p>- Đo kích thước đồng tử: ≤ 2.2 đến $\geq 8.4mm$ (mức tăng giảm giá trị: 0.01mm).</p> <p>- Khoảng cách đồng tử: $\geq 84mm$ (mức tăng giảm giá trị 1mm)</p> <p>- Khoảng cách VD ít nhất có các mức như sau: 0; 10; 12; 13.5; 15 mm</p> <p>- Đường kính đồng tử bé nhất: ≤ 2.2 mm</p> <p>- Máy in: in nhiệt, kích thước giấy $\leq 58mm$.</p> <p>- Màn hình màu LCD 145mm</p> <p>- Thời gian đo khúc xạ: $\leq 2.0s$</p> <p>- Thời gian đo độ cong giác mạc: $\leq 0.07s$</p>		
2.	Bộ kính thử thị lực	<p>- Cấu hình gồm có:</p> <p>+ Kính cầu âm: ≥ 35 đôi</p> <p>+ Kính cầu dương: ≥ 35 đôi</p>	Bộ	01

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, đặc điểm-Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng/khối lượng
		<p>+ Kính trụ âm: ≥ 17 đôi</p> <p>+ Kính trụ dương: ≥ 17 đôi</p> <p>+ Lăng kính: ≥ 08 chiếc</p> <p>+ Kính phụ trợ: ≥ 12 chiếc</p> <p>* Yêu cầu kỹ thuật:</p> <p>- Kính cầu âm ≥ 35 cặp, các cặp có hệ số khúc xạ khác nhau từ 0,12 đến ≥ 20 Diop.</p> <p>- Kính cầu dương gồm ≥ 35 cặp, các cặp có hệ số khúc xạ khác nhau từ 0,12 đến ≥ 20 Diop.</p> <p>- Kính trụ âm gồm ≥ 17 cặp, các cặp có hệ số khúc xạ khác nhau từ 0,12 đến 6 Diop.</p> <p>- Kính trụ dương gồm ≥ 17 cặp, các cặp có hệ số khúc xạ khác nhau từ 0,12 đến 6 Diop.</p> <p>- Lăng kính gồm ≥ 8 chiếc có các hệ số khúc xạ như sau: tối thiểu có các số sau 1/2 Diop (02 cái), 1 Diop (02 cái), 2 Diop (01 cái), 3 Diop (01 cái), 4 Diop (01 cái), 6 Diop (01 cái).</p> <p>- Kính màu và kính khe (12 chiếc):</p> <p>+ Kính màu:</p> <p>Xanh dương: 01 cái</p> <p>Đỏ: 01 cái</p> <p>Xanh lá cây: 01 cái</p> <p>Màu nâu: 01 cái</p> <p>+ Kính phẳng: 02 cái</p> <p>+ Kính che: 01 cái</p> <p>+ Kính lỗ:</p> <p>Đường kính 0.5mm: 01 cái</p> <p>Đường kính 1.0mm: 01 cái</p> <p>Đường kính 1.5mm: 01 cái</p> <p>+ Kính khe:</p>		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, đặc điểm-Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng/khối lượng
		Khe rộng 0.5mm: 01 cái Khe rộng 1.0mm: 01 cái		

***Lưu ý:** Yêu cầu kỹ thuật và tính năng của thiết bị tại phụ lục kèm theo là yêu cầu tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá các thiết bị có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương. Giá hàng hóa là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí lắp đặt, vận chuyển và các chi phí khác.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng DS -TT (Đăng Website);
- Lưu: VT, HCTH./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thanh Hồng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thư mời báo giá số /TTYT-HCTH ngày /8/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang)

BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)....., có địa chỉ tại: Số điện thoại

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau:

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Model Hãng / Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1.	Máy đo khúc xạ			Bộ	01		
2.	Bộ kính thử thị lực			Bộ	01		
Tổng giá trị thành tiền							

* Khuyến nghị với Chủ đầu tư, danh mục và các thông số kỹ thuật có thể dẫn đến hạn chế nhà thầu:

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật có thể dẫn đến hạn chế nhà thầu	Thông số kỹ thuật khuyến nghị đảm bảo tối thiểu có 03 hãng sản xuất đáp ứng	Tài liệu chứng minh các khuyến nghị của đơn vị báo giá là có căn cứ
1.	Máy đo khúc xạ			
2.	Bộ kính thử thị lực			

Gửi kèm báo giá là:

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty);
2. Bản chụp các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của phần mềm; Catalog thể hiện thông số, đặc tính và các tính năng của phần mềm (Đóng dấu treo của Công ty);
3. Các hợp đồng tương tự ký kết mua bán trang thiết y tế tương tự gói thầu này trong thời gian 01 năm trở lại đây (Bản chụp đóng dấu treo của Công ty).
4. Hiệu lực của báo giá tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày báo giá.

....., ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)